



Zambrów, dn. 17.08.2017r.  
miejsowość data

GREENVIT Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 27A  
18-300 Zambrów  
NIP: 7231619950  
Dane zamawiającego

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
nr 5/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017r.**

W związku z zapytaniami przekazanymi przez potencjalnych oferentów wyjaśniamy co następuje:

**3. REFRAKTOMETR**

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści refraktometr umożliwiający pomiar współczynnika refrakcji w zakresie 1,3330-1,5318 nD (w zakresie temperatury od 10°C do 40°C)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści refraktometr umożliwiający pomiar współczynnika refrakcji w zakresie 1,3330-1,5318 nD (w zakresie temperatury od 5°C do 40°C)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający dopuści refraktometr z zakresem temperatury od 0 do 40°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający dopuści refraktometr z zakresem temperatury od 5 do 40°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**7. ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSIANIEM**

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o stabilności temperatury +/- 0,2°C oraz rozdzielczości 0,1°C ale bez określenia wartości rozkładu temperatury w komorze? Zamawiający wymaga aby rozkład temperatury był lepszy niż stabilność temperatury wody, co jest niemożliwe do spełnienia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

**9. MIESZADŁO MAGNETYCZNE**

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający wymaga aby mieszadło magnetyczne było wyposażone w statyw do umieszczenia czujnika temperatury? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, by mieszadło magnetyczne było wyposażone w statyw do umieszczenia czujnika temperatury.

**10. MIESZADŁO MECHANICZNE**

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści aby mieszadło mechaniczne o mocy 70 W oraz momencie obrotowym 30 Ncm przy możliwości mieszania max. 20 L (obj. dla wody)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, gdyż 70 W to zbyt mała moc do mieszania lepkich roztworów i zawiesin.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści aby mieszadło mechaniczne o mocy 220 W oraz momencie obrotowym 600 Ncm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.



## 17. MĘTNOŚCIOMIERZ Z AKCESORIAMI

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści mętnościomierz z dokładnością +/- 2,5% dla zakresu 0-500 NTU oraz +/- 5% dla zakresu 500-1100 NTU? Zaproponowany mętnościomierz spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

## 18. KOMPUTER DO REJESTRACJI DANYCH Z OPROGRAMOWANIEM

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści komputer z dyskiem SSD o pojemności 256 GB? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści komputer z dyskiem HDD zamiast SSD o pojemności 1 TD? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, gdyż dysk SSD jest szybszy i cichszy od HDD, a Zamawiający nie potrzebuje więcej niż 256 GB pamięci.

## 21. MŁYNEK LABORATORYJNY

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści młynek laboratoryjny o zakresie prędkości 50-6000 rpm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści młynek laboratoryjny z sitami 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 [mm]? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

## 24. WYTRZĄSARKA SITOWA

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę sitową o średnicy roboczej sita w zakresie 193-225 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

## 25. SUSZARKA PRÓŻNIOWA Z OSPRZĘTEM

**Pytanie 1.** Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego minimalnej pojemności komory suszarki próżniowej?

**Odpowiedź:** Dopuszcza się pojemność w zakresie 50-60 l.

## 28. HOMOGENIZATOR LABORATORYJNY

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści homogenizator z końcówką homogenizującą o średnicy 30 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

## 29. MIKROSKOP Z KAMERĄ

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści mikroskop trinokularowy z kamerą 3MP USB 2.0 i oprogramowaniem? Model binokularowy spełniający wymagania Zamawiającego posiada wbudowaną kamerę 1,3MP USB 2.0 bez możliwości jej wymiany na wyższą rozdzielczość.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Powyższe zmiany uwzględniono w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 z dnia 08.08.2017r.

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Pietruszyński*  
Piotr Pietruszyński

podpis

**GREENVIT Sp. z o.o.**

18-300 Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 27A

KRS 0000362038, REGON: 200378382

NIP: 7231619950